



**VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA**  
Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, Phường Phú Diễn, Hà Nội  
ĐT: 024.32262216 - 024.32262251 ; Hotline :0988479022 Email: calib@nifc.gov.vn  
Mã số thuế: 0103991698 Website: nifc.gov.vn  
Số tài khoản: 1462201017817 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh Tây Đô.

### BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ

Hôm nay ngày / / 2025, chúng tôi gồm:

**Bên A: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HÀNG HÓA VNIQ**

Đại diện: Nguyễn Đức Hiếu

**Bên B: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia**

Đại diện:

Bên B đã thực hiện kiểm tra xác nhận tình trạng của các thiết bị sau và chúng tôi cùng thống nhất ký vào biên bản làm việc, cụ thể:

STT	Tên thiết bị	Hãng sản xuất	Model	Mã hiệu	Số seri	Công việc thực hiện
1	ICP-MS	Perkin Elmer	NexIon 1100G	VNIQ.C.E27	899S25062002Y	Kiểm tra hiệu năng, độ chính xác khối, độ lặp lại, độ tuyến tính.
2	LCMSMS	Waters	XEVO-TQXS	VNIQ.C.E33	WBC2559; D25CHA200G; D25FTP014G; D25QSP480A	Kiểm tra độ chính xác khối, kiểm tra nhiệt độ buồng cột tại 40 °C; 50 °C; tốc độ dòng tại 0,1 mL/min; 0,2 mL/min; 0,5 mL/min; 1 mL/min; kiểm tra độ lặp lại, độ đúng, độ tuyến tính của thể tích tiêm tại 0,5 µL; 1 µL; 2 µL; 5 µL; 10 µL. Kiểm tra độ tuyến tính, độ lặp lại của đầu dò khối phổ.
3	Bể ổn nhiệt	Memmert	WTB24	VNIQ.B.E02	LD25.0043	Hiệu chuẩn ở 55 °C





## VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA

Địa chỉ: 65 Phạm Thái Duật, Phường Phú Diễn, Hà Nội

ĐT: 024.32262216 - 024.32262251 ; Hotline :0988479022

Email: calib@nifc.gov.vn

Mã số thuế: 0103991698

Website: nifc.gov.vn

Số tài khoản: 1462201017817 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh Tây Đô.

4	Máy li tâm	Hermle	Z216M	VNIQ.C.E09	82A2400041	Hiệu chuẩn ở 2000, 8000, 15000 rpm
5	Máy li tâm	Hermle	Z206A	VNIQ.C.E08	60A2500001	Hiệu chuẩn ở 1000, 3000, 6000 rpm
6	Cân kỹ thuật	Sartorius	BCE2202I-1S	VNIQ.C.E03	0045105832	Hiệu chuẩn toàn dải cân
7	Cân phân tích	Sartorius	BCE224I-1S	VNIQ.C.E49	0045102977	Hiệu chuẩn toàn dải cân
8	Cân phân tích	Sartorius	BCE224I-1S	VNIQ.C.E02	0045103552	Hiệu chuẩn toàn dải cân
9	Tủ sấy	Memmert	UN55	VNIQ.C.E06	B225.0202	Hiệu chuẩn ở 80 °C
10	Tủ ẩm	phcbi	MIR-H263-PK	VNIQ.B.E35	240160024	Hiệu chuẩn ở 37 °C
11	Tủ ẩm	phcbi	MIR-H163-PK	VNIQ.B.E38	240760008	Hiệu chuẩn ở 37 °C
12	Tủ ẩm	phcbi	MIR-H263-PK	VNIQ.B.E37	200460011	Hiệu chuẩn ở 41,5 °C
13	Tủ ẩm	phcbi	MIR-H263-PK	VNIQ.B.E36	200460010	Hiệu chuẩn ở 44 °C
14	Cân kỹ thuật	Sartorius	BCE3202I-1S	VNIQ.B.E16	0046407540	Hiệu chuẩn toàn dải cân
15	Cân kỹ thuật	Sartorius	BCE2202I-1S	VNIQ.B.E24	0046303825	Hiệu chuẩn toàn dải cân
16	Cân kỹ thuật	Sartorius	BCE2202I-1S	VNIQ.B.E25	0046303806	Hiệu chuẩn toàn dải cân
17	Cân phân tích	Sartorius	BCE224I-1S	VNIQ.B.E14	0045103543	Hiệu chuẩn toàn dải cân
18	Tủ sấy	Memmert	UF110	VNIQ.B.E82	B425.0129	Hiệu chuẩn toàn dải cân
19	Nồi hấp	Hirayama	HG-80	VNIQ.B.E88	32520090460	Hiệu chuẩn ở 121 °C, kiểm tra áp suất
20	Nồi hấp	Hirayama	HG-80	VNIQ.B.E87	32520090459	Hiệu chuẩn ở 121 °C, kiểm tra áp suất





# VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, Phường Phú Diễn, Hà Nội

ĐT: 024.32262216 - 024.32262251 ; Hotline :0988479022 Email: calib@nifc.gov.vn

Mã số thuế: 0103991698

Website: nifc.gov.vn

Số tài khoản: 1462201017817 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh Tây Đô.

21	Nồi hấp	Hirayama	HV-110	VNIQ.B.E08	30525013516	Hiệu chuẩn ở 121 °C, kiểm tra áp suất
----	---------	----------	--------	------------	-------------	--

Thông tin ghi trên giấy chứng nhận:

+ Tên Công ty: **TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HÀNG HÓA VNIQ**

+ Địa điểm thực hiện hiệu chuẩn: **Công viên logistic Viettel Lạng Sơn, thôn Bản Liếp, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn**

Đại diện bên A

*Nguyễn Đức Kiên*

Đại diện bên B

*Nguyễn Hồng Đức*

